

**Tárgy: kiegészítő tájékoztatás**

Tisztelt Címzettek!  
Tisztelt Ajánlattevők!

Az *SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban* projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban feltett kérdésekre - Ajánlatkérő megbízásából - az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

**1. kérdés**

A 3. részben kiírt vér- és vércsökkentő hűtő

- milyen kapacitású hűtő, illetve fagyasztó résszel rendelkezzen?
- a fagyasztó esetében mi a hőmérsékleti követelmény?
- mekkora legyen a fióktávolság?

**Válasz:**

*A hűtő 150 literől -160 literig terjedő nettó térfogattal rendelkezzen.*


*A fagyasztó tér 7 literől -10 literig terjedő nettó térfogattal rendelkezzen, alkalmas legyen minimum a mínusz 1C fok elérésére.*

*A fióktávolság / polc távolság: állítható legyen, minimum 2 db fiók vagy polc legyen a hűtőszekrényben.*

Budapest, 2011. február 15.

Tisztelettel:

Sandor  
dr. Sasvári Anna  
ügyvéd



Készült: 2 pld-ban

Kapják: 1. sz. pld. Címzettek e-mailben, Ajánlatkérő eredetben  
2. sz. pld Irattár