

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 3

Tisztelt Címzettek!
Tisztelt Ajánlattevők!

Az *SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban* projektéhez kapcsolódó orvostechológiai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban feltett kérdésekre - Ajánlatkérő megbízásából - az alábbi 3. számú kiegészítő tájékoztatást adjuk:

1. kérdés

A „kiegészítő tájékoztatás 2” tárgyú levelük 9. kérdésére (az általunk 2011.02.28-án feltett kiegészítő tájékoztatás kérés 3.pontja) adott választ nem tudjuk elfogadni, az alábbiak miatt:

A válasz szerint a kardiológiai csomag nem része a jelenlegi beszerzésnek, a hivatkozott multiszegmens rekonstrukció viszont (ezen rekonstrukciós típus fizikai jellegéből adódóan) a kardiológiai csomag része.

A multiszegmens rekonstrukció nélkül viszont az elvárt 80 msec időbeli felbontás érték nem teljesíthető.

Így az a nem kívánt helyzet áll elő, hogy egy deklaráltan megvásárolni nem kívánt opció segítségével elérhető paraméter követelményt támaszt Ajánlatkérő.

Kérjük a fenti paraméter (időbeli felbontás) értékére vonatkozó követelményt, a multiszegmens rekonstrukció nélkül elérhető értékben (reálisan 170 - 200 msec között) meghatározni.

Természetesen amennyiben jövőben ajánlatkérő be kívánja szerezni a kardiológiai vizsgálati csomagot, akkor ennek beszerzésével automatikusan elérhetővé válik a multiszegmens rekonstrukció is és ennek tudatában határozható meg akkor az elvárt időbeli felbontás érték. Jelen beszerzés esetében azonban egy beszerezni nem kívánt szolgáltatásra vonatkozó elvárás nem érvényesíthető jogszerűen.

Válasz:


Ajánlatkérő fenntartja a 2. számú kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat.

Budapest, 2011. március 10.

Tisztelettel:



dr. Sasvári Anna
ügyvéd



Készült: 2 pld-ban

Kapják: 1. sz. pld. Címzettek e-mailben, Ajánlatkérő eredetben
2. sz. pld Irattár